24*19CM

Termometro digitale
Modello: DT-K01A (non impermeabile)



IMPORTANTI MISURE PRECAUZIONALI
Il termometro serve esclusivamente per la misurazione della temperatura corporea. Il termometro terminacorrettamente la misurazione della temperatura solo quando viene segnalato acusticamente dal «bip»! Il termometro contiene componenti (batterie, ecc.) che possono essere inghiottiti da bambini. Non lasciare mai il termometro alla portata di bambini. Proteggere il termometro dagli urti. Evitaredi inclinare la sonda oltre di45°! Non esporre il termometro ad alte temperature o alla luce diretta del sole.
NON BOLLIRE IL TERMOMETRO
Il termometro contiene una batteria a lunga durata. Per l'eliminazione, attenersi aile disposizioni locali relguardanti i rifiuti speciali. Il produttore raccomanda di verificare la precisione da un laboratorio autor zzato ogni due anni.

ACCENSIONE DEL TERMOMETRO
Prima di utilizzare il termometro, disinfettare la sonda. Per metterlo in funzione premere il tasto ON/OFF posta vicino al display; un breve segnale acustico indica che il termometro è acceso. Viene automaticamente un test del display. Quando compare la scritta "Lo" e lampeggia "C" o "F", il termometro è pronto al l' usa . Se la temperatura ambientale è inferiore a 32C'(o 89 .6 F), la scritta "Lèie" o "LOF" apparirà sul monitor, mentre se è superiore a 42C' (107.6F), apparirà la scritta HiC o HiF

MISURAZIONE
Orale: Introdurre il termometro in unadelle duesacche, a sinistra o a destra, accanto alla radice del la lingua.
Il sensore del termometro deve essere bene in contatto con il tessuto. Chiudere la bocca e respirare solo dal nase per non alterare la misurazione. Non mangiare o bere niente prima della misurazione. Tempo di misurazione approssimativo:15-19secondi.
Rettale: È il metodo più sicuro e particolarmente indicato per lattanti e bambini. Introdurre con precauzione la sonda del termometro nell ' ano sino a un massimo di 2cm. Tempo d misurazione approssimativa: 9-11secondi.
Ascellare: Questo tipo di misurazione fornisce spesso valori imprecisi e non dovrebbe essere usato se si necessita una precisa misurazione.

PULIZIA E DISINFEZIONE
Il modo migliore per pulire la sonda del termometro è disinfettarla con un panna inumidito (70% alcool etilico). Non pulire con solventi abrasivi.

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo	Termometro perla rilevazione della temperatura corporea
Gamma di misurazione	Da 32.0°C a 42.9°C (8 9.6°a 107.6°F).
Precisione di misurazione	±- o.1° C/ o.2°F tra , 35.5°C e i 42°C (95.9°F-107.6°F)
Display	Displaya cristalli liquidi. Unità minima di misurazione o.1°C
Memoria	Visualizza l'ultimo valore misurato
Temperatura ambiente durante l'uso	5-35°C
Batteria	alkaline, LR41, 1.5 V
Peso	13 grammi
Norma	EN 12470 - 3:2000, Termometri clinici
	EN 60601-1-2 compatibilità elettromagnetica
	EN 60601-1 requisiti di sicurezza elettric

CERTIFICATO DI GARANZIA:
Questo prodotto è garantito per 1 anno dalla data di spedizione dalla fabbrica.
Qualsiasi deterioramento dovuto a uso improprio o abuso del prodotto non è coperto dalla garanzia.
La batteria e l'imballaggio sono esclusi dalle condizioni di garanzia.
Qualsiasi altro reclamo non è imputabile al produttore (caduta accidentale, cattive condizioni di trasporto, ecc.)
Se il termometro è difettoso e non funziona correttamente, assicurarsi innanzitutto che la batteria sia funzionante prima di inviarla per la riparazione.
Il produttore fornisce gli schemi di fabbricazione, l'elenco dei componenti, la descrizione del prodotto e le istruzioni di calibrazione del prodotto; o altre informazioni che potrebbero aiutare l'utente a riparare questo prodotto.

Digitales Thermometer
Modell: DT-K01A (nicht wasserdicht)



SICHERHEIT SHIN WEISE
Dieses Thermometer ist ausschliesslich zur Messung der menschlichen oder lierischen Körpertemperatur bestimmt. Die Mindestmessdauer bis zum Signal ton ist ausnahmslos einzuhalten! Das Thermometer enthält Kleinteile (Batterie, usw.) die von Kindern verschluckt werden kfinnten. Geràt daher nicht unbeaufs cht gt Kindern überlassen! Schützen Sie das Thermometer *var* starken Schlägen und Stèssen!
Vermeiden Sie das Bïegen der Messpitze mehr ais 45°!
Das Thermometer weder hohen Temperaturen noch dem direkten Sonnenlïcht aussetzen.
THERMOMETER NIEMALS AUSKOCHEN!
AusschlieBlich die unter dem Bereich « reinigung und Desifektionsmittel verwenden, um das Thermometer zu reinigen.
Das Gerät enthält eine Langze t Batterie. . Für die Entsorgung beachten Sie bitte die örtlichen Vorschriften für Sondermü ll. Der Hersteller empf ehlt die Genauigkeit des Thermometers aile 2 Jahre, durch ein authorisiertes laboràberprüjen zu lassen.

INBETRIEBNAHME DES THERMOMETERS
Bevor das Thermometer verwendet wird, die Sonde desinfizieren. Durch Drücken der Taste ON/OFF neben dem Display das Thermometer anschalten; ein kurzes akustisches Signal zeigt an, dass das Thermometer an eschaltet ist. Wenn die Aufschrift „Lo" erscheint und „C" oder „F' blinkt, ist das Thermometer für den Einsatz bereit. Wenn das Raumthermometer eine Temperatur unter 32°C anzeigt (oder 89,6°F), erscheint die Aufschrift "LoO C" oder "Lo°F" auf dem Monitor, wahrend wenn die Temperatur über 42°C(oder 107.6°F) betrdgt, erscheint die Aufschrift " HiO C" oder "Hi°F".

MESSARTEN
In der Mundhëhle (oral): Führen Sie das Thermometer in eine er beiden warmetaschen unter der Zunge, links oder rechts an der Zungenwurzel. Der Mess-Sensor muss einen guten Gewebekontakt haben. Schliessen Sie den Mund und atmen Sie ruhig durch die Nase; so wird das Messergebnis nicht durch die Atemluft beeinjlusst. Nicht *vor* der Messung essen oder trinken.
Mindestmesszeit: ca.15-19 Sekunden.
1m After (rektal): Dies ist die sicherste Messmethode. Sie eignet sich besonders für Siiuglinge und Kleinkinder. Die Thermometerspitze wird vorsichtig 2 cm weit in den After eingeführt. Mindesmesszeit; ca. 9-11 Sekunden.
Unter dem Arm (axillar): Diese Messart ergibt aus medizinischer Sicht immer ungenaue Werte. Sie ist deshalb zur Durchführung von genauen Messungen ungeeignet. Mindestmesszeit: ca. 23-29Sekunden.
Für eine genaue Messung wird empfohlen die Messung auf 2-3 Minuten auszudehnen.

REINIGUNG UND DESINFEKTION
Die beste Art und Weise die Sonde des Thermometers zu reinigen, ist, es mit einem feuchten Tuch zu desinfizieren (70% Äthylalkohol). Nich mit Scheuermittel reinigen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONE

Typ	Thermometer für die Ermittlung der ôrpertemperatur
Messbereich	zwischen 32. o°C und 42.9°C (8 9.6° to 107.6°F).
Messgenauigkeit	±- o.1° C/ o.2°F tra , 35.5°C e i 42°C (95.9°F-107.6°F)
Anzeige	Flüssigkristall-Anzeige mit 3 Ziffern: kleinste Anzeige-Einheit 0.1°C
Speicher	Zur autom. Speicherung des letzten Messwertes
Lager temperatuur	5-35°C
Batterie	alkaline, LR41, 1.5 V
Gewicht	13 Gramm
Norm	EN 12470 - 3:2000, klinisches Thermometer
	EN 60601-1-2, elektromagnetische Verträglichkeit
	EN 60601-1, elektrischer Sicherheitsstandard

BESCHEINIGUNG DER GARANTIE:
Dieses Produkt hat eine Garantie von 1 Jahr ab dem Versanddatum ab Werk.
Jede Beeinträchtigung aufgrund von Missbrauch oder Missbrauch des Produkts wird nicht von der Garantie abgedeckt.
Batterie und Verpackung sind von den Garantiebedingungen ausgeschlossen.
Andere Ansprüche sind nicht auf den Hersteller zurückzuführen (versehentlicher Sturz, schlechte Transportbedingungen usw.)
Wenn das Thermometer defekt ist und nicht ordnungsgemäß funktioniert, vergewissern Sie sich zunächst, dass die Batterie funktionsfähig ist, bevor Sie sie zur Reparatur einschicken.
Der Hersteller stellt die Fertigungsdiagramme, die Liste der Komponenten, die Produktbeschreibung und die Anweisungen zur Produktkalibrierung zur Verfügung. oder andere Informationen, die den Benutzer bei der Reparatur dieses Produkts unterstützen können.

Thermomètre Digital
Modèle:DT-K01A (non étanche)



Note: L'ergonomie de chaque modèle présente une différence.

Félicitations pour l'achat de ce produit. Merci de lire attentivement les instructions avant le premier usage du thermomètre, et conservez les dans un endroit sûr; Ce produit est destiné à la prise de température du corps humain pour un usage en milieu hospitalier et à domicile. L'utilisateur doit être âgé d'au moins 11 ans.

Précautions d'emploi
- Désinfecter avant chaque utilisation.
- Pour allumer l'appareil, appuyer sur le bouton marche/arrêt à côté de l'écran digital. Un bref signal sonore indique que le thermomètre est allumé. Un test sur l'écran s'effectue automatiquement.
Lorsque l'écriture "LO" s'affiche et que "C" ou "F" clignotent, le thermomètre est prêt à l'usage. Si la température de l'atmosphère est inférieure à 32°C (ou 89.6° F), l'écriture "Loc." ou "Lof" s'affichera sur l'écran, tandis que si la température est supérieure à 42°C (ou 107.6°F) s'affichera l'écriture "Hic" ou "Hf)

Utilisation du thermomètre
Durant l'utilisation, la température s'affiche en continu sur l'écran et le symbole "C" (ou "F") clignote. La température est considérée comme constante lorsque l'augmentation de la température est inférieure à 0.1°C en 4 secondes. Dès que la température est atteinte, le signal émet 4 fois de suite un son, le symbole "C" (ou "F") cesse de clignoter et la température s'affiche sur l'écran.
Pour prolonger la durée de la pile, éteindre le thermomètre après emploi en appuyant brièvement sur la touche marche/arrêt;
Dans tous les cas le thermomètre s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes environs.

Enregistrement de la dernière mesure
Éteindre le thermomètre et appuyer sur le bouton marche/arrêt pendant environ 2 secondes. La dernière mesure prise, ainsi que la température "C" ou "F", s'affichent automatiquement sur l'écran. La température s'affiche sur l'écran tant que le bouton marche/arrêt est appuyé.
La valeur est mémorisée jusqu'à ce qu'une autre mesure ne soit effectuée.

Remplacement des piles
Les piles se déchargent progressivement et ont besoin d'être remplacées lorsque les symboles – ou – s'affichent sur le droite de l'écran.
Retirer le couvercle de l'emplacement prédestiné aux piles et remplacer la pile avec une autre de même type en respectant la polarité.

METHODE DE MESURE:
Température buccale (dans la bouche): Placer le thermomètre dans l'une des deux cavités situées à gauche ou à droite du frein de la langue. L'embout thermosensible doit être en contact avec les muqueuses. Bien refermer la bouche et respire très doucement par le nez pour éviter d'affecter la prise de mesure par l'air aspire. Ne rien ingérer ou boire avant la prise de température. Mesure effectuée en 15-19 secondes environ.
Température rectale (dans le rectum): Il s'agit de la méthode la plus sûre. Elle convient plus particulièrement aux bébés et aux enfants. Introduire doucement l'embout d'environ deux centimètres dans le rectum. Mesure effectuée en 9-11 secondes environ.
Température axillaire (sous l'aisselle): D'un point de vue purement médical, cette méthode n'est pas fiable et ne doit pas être utilisée si des mesures précises sont attendues. Mesure effectuée en 23-29 secondes environ.
Il est conseillé de prolonger la durée de mesure à 2-3 minutes pour être certain d'obtenir une mesure précise.

NETTOYAGE ET DESINFECTION DU THERMOMETRE:
La meilleure façon de nettoyer la sonde du thermomètre est de la désinfecter avec un linge imbibé d'alcool éthylique à 70%.
Ne jamais nettoyer avec des solvants abrasifs.

CONTRÔLE DE L'ETALONNAGE :
Ce thermomètre est initialement étalonné par le fabriquant.
S'il est utilisé selon le mode d'emploi, un réajustement périodique n'est pas requis. Le contrôle d'étalonnage doit être fait immédiatement si il y a indication que le produit est hors

ATTENTION:
Le thermomètre contient une pile longue durée. Respecter les règlementations locales d'élimination des déchets spéciaux pour jeter ces piles.
Le fabriquant recommande de faire contrôler la précision du thermomètre par un laboratoire agréé tous les deux ans.

IMPORTANTES PRECAUTIONS D'EMPLOI:
N'utiliser le thermomètre que pour la mesure des températures corporelles.
Toujours respecter la durée de mesure minimale en attendant que le signal sonore se déclenche.
Le thermomètre contient de petites pièces (piles, etc.) qui peuvent être avalées par les enfants. Aussi, ne jamais laisser le thermomètre aux enfants sans surveillance.
Veiller à ne pas faire tomber le thermomètre et à ne pas le cogner.
Éviter de plier la sonde à plus de 45°.
Ne pas exposer le thermomètre à des températures élevées ou directement aux rayons du soleil.
NE JAMAIS LE METTRE A BOUILLIR.
Utiliser uniquement les désinfectants utilisés dans la section "nettoyage et désinfection" pour nettoyer le thermomètre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Type	Thermomètre de mesure de la température du corps
Étendue de mesure	De 32.0°C à 49.2°C (898.6°F à 109.2°F)
Précision	+- 0.1°C / 0.2°F entre 35.5°C et 42°C (95.9°F et 107.6°F)
Affichage	Écran à cristaux liquides avec 3 chiffres d'unité d'affichage minimal 0.1°C
Mémoire	Affiche la dernière valeur mesurée
Température de stockage	5-35°C, < 80% humidité
Piles	pile Alcaline, type LR41, 1.5V
Poids	environ 13 grammes

CERTIFICAT DE GARANTIE
Ce produit est garanti pendant 1 an à partir de la date de sortie d'usine.
Toute dégradation liée à une mauvaise utilisation ou un usage abusif du produit n'est pas couvert par la garantie.
La pile et l'emballage sont exclus des conditions de garantie.
Toute autre réclamation n'est pas imputable au fabriquant (chute accidentelle, mauvaises conditions de transport, etc.)
Si le thermomètre est défectueux et ne fonctionne pas correctement, s'assurer d'abord que la pile est en état de fonctionnement avant envoi pour réparation.
Le fabriquant met à disposition les schémas de fabrication, la liste des composants, le descriptif du produit ainsi que les instructions de calibration du produit ; ou d'autres informations susceptibles d'aider l'utilisateur pour réparer ce produit.

Fabriqué pour :
La Centrale Médicale
ZI de la Petite Dimerie - 15, rue du 11 Novembre
62310 FRUGES - FRANCE

Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co.,Ltd
Building 2,1 # Fuzhu Nan RD,Wuchang Town,
Yuhang District 310023 Hangzhou,Zhejiang China

EC REP Shanghai International Holding Corp.GmbH(Europe)
Eiffestrasse 80,20537 Hamburg Germany